ALP　試薬リスト

メーカー名	セロテック				デンカ生研㈱				㈱三菱化学ヤトロン				ロシュダイアグノスティックス			
試薬名	「ｾﾛﾃｯｸ」ALP-L（R1）		「ｾﾛﾃｯｸ」ALP-L（R2）		ALP－JS　A		ALP－JS　B		ｲｱﾄﾛLQ　ALPﾚｰﾄ（R1）		ｲｱﾄﾛLQ　ALPﾚｰﾄ（R2）		ﾘｷﾃｯｸALP Ⅱ試薬1		ﾘｷﾃｯｸALP Ⅱ試薬2	
原理	JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応			
標準液	キャリブ-EN,EE				酵素キャリブレータ				酵素キャリブレーター				自動分析用キャリブレーター			
注意事項													冷蔵（2℃～8℃）			
基準範囲	108～300				106～211				130～350				115～359			
測定範囲	0～3000				0～3000				～4000				5～2000			
コンタミの影響を受ける試薬													TP			
コンタミの影響を与える試薬	Mg,PL															
製造後有効期間	1年6ヶ月		1年6ヶ月		1年		1年		1年		1年		使用期限まで		使用期限まで	
調整（開封）後有効期間	2週間		2ヶ月間		1ヶ月間		1ヶ月間		2週間		2週間		2週間		2週間	
包装容量（ml）定価	60X4	13,500	30X2	8,000	50X5	15,200	20X5	15,200	68X4	15,500	20X4	19,800	80X4	14,000	20X4	8,500
	80X4	14,000	40X4	15,500	80X4	19,400	60X2	18,200	80X4	15,800	100X3	22,500	250X4	30,000	100X4	30,000
	160x3	16,500	100X3	18,000	200X5	36,200	80X5	36,200	180X3	15,200			50X4		37,000	
	300X3	18,000	150X3	21,000	60X4	16,300	40X2	14,000	580X3	49,000						

メーカー名	協和メデックス（株）				シスメックス（株）				第一化学薬品（株）							
試薬名	ﾃﾞﾀﾐﾅｰALP（R1）		ﾃﾞﾀﾐﾅｰALP（R2）		ALP-L-R1		ALP-L-R2		ピュアオートS ALP①		ピュアオートS ALP②		オートセラS ALP①		オートセラS ALP②	
原理	JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応							
標準液	酵素キャリブレータ				酵素ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ				酵素キャリブレータ							
注意事項					*R1空気遮断在入り試薬あり											
基準範囲	115～359				115～359				103～335							
測定範囲	4000IU/Lまで				0～2500				0～2000							
コンタミの影響を受ける試薬																
コンタミの影響を与える試薬	試薬中にMgを含む				Mg、Ca、				Mg							
製造後有効期間	1年		1年		1年		1年		6ヶ月		6ヶ月		6ヶ月		6ヶ月	
調整（開封）後有効期間	2週間		2週間		R1：2週間		R2：1か月		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月	
包装容量（ml）定価	45X2	5,700	15X2	6,100	200X3	20,000	100X3	20,000	250X4	31,300	100X4	21,100	85X4	17,000	45X4	16,500
	50X2	4,800	20X2	5,300	85X3	13,000	20X3	6,000					50X4	14,000	50X4	22,000
	150X2	10,300	50X2	9,400	20X5	6,000	20X3	6,000								
					60X3	9,000										

ALP　試薬リスト

メーカー名	第一化学薬品(株)												栄研化学(株)			
試薬名	PTS用オートセラS　ALP①		PTS用オートセラS　ALP②		クリニメイトALP①		クリニメイトALP②		オートセラ　ALP①		オートセラ　ALP②		エクディアL‘栄研’ALP-J1		エクディアL‘栄研’ALP-J2	
原理	JSCC標準化対応				GSCC勧告法準拠								JSCC標準化対応			
標準液	酵素キャリブレータ				検量係数測定用指示液								酵素キャリブレータ			
注意事項	ﾋﾟﾍﾟｯﾃｨﾝｸﾞ自動分析専用															
基準範囲	103～335				100～280								104～338			
測定範囲	0～2000				0～5000								～2,200			
コンタミの影響を受ける試薬																
コンタミの影響を与える試薬	Mg				Mg											
製造後有効期間	6ヶ月		6ヶ月		2年		2年		2年		2年					
調整(開封)後有効期間	1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月					
包装容量(ml)定価	85X2	9,100	45X2	7,600	100X4	12,250	100X4	33,200	95X4	18,700	45X4	24,400	40X4	8,400	40X2	8,200
	50X	7,000	50X2	11,000									56X4	15,600	20X4	9,600
													90X4	17,300	20X4	11,000
													200X4	23,500	100X2	14,000

メーカー名	三光純薬(株)				㈱アズウェル				ニットーボー(株)				(株)オリンパス	
試薬名	サンテストL-ALP・J(R-1)		サンテストL-ALP・J(R-2)		ﾈｽｺｰﾄVL ALP(R1)		ﾈｽｺｰﾄVL ALP(R2)		N-ｱｯｾｲ ALP-LS(R-1)		N-ｱｯｾｲ ALP-LS(R-2)		AUリエージェントALP	
原理	JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応	
標準液	酵素キャリブレータ				酵素キャリブレータ				酵素キャリブレータ				装置常数	
注意事項									基準範囲は各施設にて設定お願い致します。					
基準範囲	115～359				109～344				全体(ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ法)102～305				115～359	
測定範囲	10～2000				1～2000				3000まで				5～3000	
コンタミの影響を受ける試薬									UIBC+					
コンタミの影響を与える試薬									CRP+					
製造後有効期間	1年		1年		1年		1年		1年		1年		13ヶ月	
調整(開封)後有効期間	1ヶ月間		1ヶ月間		14日		14日		1ヶ月間		1ヶ月間		14日	
包装容量(ml)定価	80x4	12,000	20x4	11,000	65X4	17,000	20X4	13,600	60X4	14,860	15X4	13,940	R1　37.5X4 R2　37.5X4 (2000テスト)	66,000
	60x4	11,000	15x4	10,000	90X4	13,400	20X4	14,800						
	200x4	20,000	100x2	14,000	250X3	26,900	140X3	23,800						

ALP　試薬リスト

メーカー名	デイドベーリング㈱				デイドベーリング㈱				バイエルメディカル（株）				極東製薬工業(株)			
試薬名	アルカリ性フォスファターゼALP				ワコーALP				ｷﾞﾙﾌｫｰﾄﾞ ALP測定試薬E				ﾗﾝﾋﾟｱ ﾘｷｯﾄﾞ S-ALP			
原理	PNPP法				JSCC標準化対応				IFCC標準化対応				JSCC標準化対応			
標準液	酵素キャリブレータ				酵素キャリブレータ				指定ﾌｧｸﾀｰ				酵素キャリブレーター[K]			
注意事項																
基準範囲	50～136				104～338				31～115				104～338			
測定範囲	1～1000				0～4000				1500				4．0～2000			
コンタミの影響を受ける試薬																
コンタミの影響を与える試薬									CA,IP,MG,							
製造後有効期間									外箱に記載				1年		1年	
調整（開封）後有効期間	48 hours				2 days				21日（冷蔵）				2週間		2週間	
包装容量（ml）定価	360テスト(90X4)		37,800		416テスト(52X8)		48,300		14X20		50,000		R1:70X4,R2:40X2			22,400

メーカー名	（株）シノテスト				関東化学㈱				和光純薬工業（株）							
試薬名	Q／NALP－JS ⅡR－Ⅰ		Q／NALP－JS ⅡR－Ⅱ		ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALP 試薬 1		ｼｶﾘｷｯﾄﾞ ALP試薬 2		Lタイプワコー ALP・J 緩衝液				Lタイプワコー ALP・J 基質液			
原理	JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応							
標準液	酵素キャリブレータ				トレースキャリブ（検量用ERM）				酵素キャリブレータ							
注意事項									凍結不可							
基準範囲	104-338				104～338				104～338							
測定範囲	7-2000				能書性能　　5～2000				1．5～2000							
コンタミの影響を受ける試薬									Mg							
コンタミの影響を与える試薬	GLU CRP								Mg,PL							
製造後有効期間	1年		1年		6ヶ月		6ヶ月		2年				1年			
調整（開封）後有効期間	1ヶ月		1ヶ月		2週間		2週間		2週間以内（2～25℃保存）				1ヶ月以内（2～10℃保存）			
包装容量（ml）定価	100X4	13,600	100X2	20,800	70X4	12,000	20X 4	15,000	280X2	17,500	540X4	36,000	70X2	35,000	135X4	72,000
	400X2	25,800	200X2	40,300	150X 3	8,000	100X2	17,000	70X4	15,600	280X4	18,600	18X4	28,400	70X4	37,400
	80X4	15,900	40X4	23,100	70X 4	7,400	70X2	9,000	49X4	10,800	43X4	8,000	15X4	24,300	25X2	7,000
	60X4	18,700	30X4	22,600	200X3	12,700	150X2	17,000								
	40X2	6,300	20X2	7,400	90X3	6,000	40X2	12,000								

ALP　試薬リスト

メーカー名	和光純薬工業(株)				(株)カイノス				ベックマン･コールター(株)			
試薬名	Lタイプワコー アルカリ性ホスファターゼ 緩衝液		Lタイプワコー アルカリ性ホスファターゼ 基質液		アクアオートカイノス ALP-J 試薬 反応試液(Ⅰ)		アクアオートカイノス ALP-J 試薬 反応試液(Ⅱ)		ｼﾝｸﾛﾝｼｽﾃﾑALP試薬			
原理	p-ニトロフェニルリン酸基質法				JSCC標準化対応				IFCC法			
標準液					酵素キャリブレータ				係数			
注意事項	使用後は密栓											
基準範囲	66～220				115～359				38-126			
測定範囲	～3000				4000まで				5-1000			
コンタミの影響を受ける試薬	Mg								なし			
コンタミの影響を与える試薬	Mg,PL								なし			
製造後有効期間	1年9か月		10ヶ月		1年		1年		2年			
調整(開封)後有効期間	1ヶ月以内		1ヶ月以内		2週間		2週間		10日間			
包装容量(ml)定価	15X6	5,100	9X3	5,100	60X4	8,000	15X4	10,000	200回×2ｶｾｯﾄ			8,000
	540X4	51,500	135X4	51,500	240X4	22,000	60X4	26,000				
	150X4	14,300	38X4	14,300	60X4	8,000	20X4	13,000				
	70X4	13,300	18X4	13,300								

メーカー名	オーソ(株)				アークレイ(株)				富士フィルム(株)			
試薬名	ビトロス スライド ALKP				ｽﾎﾟｯﾄｹﾑⅡALP				ALPーPⅢ			
原理	P-ﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾘﾝ酸法 (緩衝液:AMP)				JSCC標準化対応				p-ﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾘﾝ酸基質法			
標準液	CALKIT3				専用キャリブレーター				なし(QCカード補正)			
注意事項	ドライ				SP-4410以外は磁気ｶｰﾄﾞｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ							
基準範囲	38～126				＜338				104-338			
測定範囲	20～1500				130～4000				50-3500			
コンタミの影響を受ける試薬												
コンタミの影響を与える試薬												
製造後有効期間	1年半				1年				1年6ヶ月			
調整(開封)後有効期間	機器装填後 (14日)				1測定用個別包装				ー			
包装容量(ml)定価	300回 (60回x5本)			無記載	25枚入り		3,150		50枚		6,000	